

Số: /BVĐK-TCKT
V/v mời cung cấp báo giá

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, thay thế ống kính nội soi ổ bụng sau:

Stt	Tên vật tư, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1.	Ống kính nội soi quang học dùng trong nội soi ổ bụng, hướng nhìn 30 độ - Thương hiệu: Karl Storz - Ký mã hiệu: 26003 BA - Xuất xứ: Thụy Sĩ <i>(hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoàn toàn tương thích với các thiết bị nội soi phẫu thuật của hãng Karl Storz)</i> - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Năm sản xuất: 2021 trở đi. + Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. + Hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm $\pm$ 1%, chiều dài 31cm $\pm$ 1cm, có thể hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao, trong lòng tích hợp đường truyền sáng quang học. + Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế: Nhóm 3.	Chiếc	02

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực cung cấp Báo giá cho toàn bộ nội dung nêu trên, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành ... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 05/3/2022.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

Thư mời báo giá này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng cung cấp hoặc có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Chính Chuyên