

Số: 1176/BVĐK-DUOC

Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty
(có danh sách tại phụ lục I)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quả lọc máu thận nhân tạo sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của các hàng hóa trên (theo phụ lục II) gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình - SĐT: 02293 871 030) và gửi file mềm vào địa chỉ mail duocbvdknb@gmail.com trước ngày 23/11/2021.

Rất mong được nhận được sự đồng ý phối hợp thực hiện từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Chính Chuyên

Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY GỬI THƯ MỜI BẢO GIÁ

(Kèm theo Thư mời bảo giá số 1136/BVĐK-DUOC ngày 12/11/2021
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)



STT	Tên công ty
1	Công ty CP Máy lọc thận Việt Nam
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Linh Sơn
3	Công ty TNHH Công nghệ y tế Hà Đông
4	Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức An
5	Công ty CP DP Hà Nam Ninh
6	Công ty TNHH VINAMEDI Việt Nam
7	Công ty TNHH TBYT và HC Hoàng Phương
8	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Quang Minh
9	Viện Trang thiết bị và công trình y tế
10	Công ty CP đầu tư và phát triển y tế An Sinh
11	Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông
12	Công ty CP Thiết bị - VTYT Thanh Hóa
13	Công ty TNHH Đầu tư và Thiết bị y tế Hoàng Long
14	Tổng công ty cổ phần y tế Danameco
15	Công ty TNHH Thiết bị vật tư y tế Hà Nội
Tổng số: 15 công ty	



Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG XIN BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 1176 /BVĐK-DUOC ngày 18/11/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Nội dung yêu cầu		Nội dung báo giá					
	Tên hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật chung	Tên thương mại/ Ký mã hiệu	Thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói	Cơ sở SX - Nước SX	Nhóm TCKT (theo TT 14/2020/TT-BYT)	Đơn vị tính	Đơn giá (có VAT)
1	Quả lọc máu thận nhân tạo	- Chất liệu màng: Polysulfone. - Hệ số siêu lọc: ≥ 40. - Diện tích màng lọc: $\geq 1,3\text{m}^2$. - Tương thích với máy chạy thận Online HDF 5008 của Bệnh viện. - Nhóm TCKT theo Thông tư 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1.						
Tổng số: 01 mặt hàng								