

Số: /BVĐK-VTTBYT  
V/v mời cung cấp báo giá  
Hệ thống sản xuất nước RO 200 lít/giờ

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hệ thống sản xuất nước RO chạy thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

#### 2. Cách thức tiếp nhận báo giá

##### - Nhận bản giấy báo giá

Các đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

##### - Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua địa chỉ email nêu trên (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Nguyễn Thế Dũng, phòng Vật tư-thiết bị y tế, điện thoại 0946032777. (Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

## II. Nội dung đề nghị báo giá

### 1. Danh mục thiết bị đề nghị báo giá

Số TT	Tên thiết bị, tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
1	<b>Hệ thống sản xuất nước RO cơ động sử dụng trong chạy thận nhân tạo</b> - <b>Tính năng:</b> lọc, xử lý nước nguồn thành phố thành nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo. - <b>Cấu hình:</b> + Hệ thống lọc nước RO di động: 01 hệ thống. + Hệ thống đường ống cấp, thoát nước cho 02 máy chạy thận: 01 hệ thống. - <b>Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:</b> + Toàn bộ hệ thống lọc nước được tích hợp trên một khung máy, có bánh xe di chuyển được. + Công suất: $\geq 200$ lít/giờ. + Chất lượng nước đầu ra (RO) đáp ứng tiêu chuẩn AAMI; đạt yêu cầu kiểm định của cơ quan chức năng hoặc đơn vị kiểm định độc lập.	HT	01

#### **Ghi chú:**

- Đề nghị các đơn vị chào chi tiết số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật cho từng thiết bị, từng modul trong hệ thống;

- Các công ty, đơn vị có thể về trực tiếp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để khảo sát vị trí, mặt bằng, khoảng cách, các điều kiện lắp đặt...

#### **2. Yêu cầu khác:**

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện.

- Thời gian cung cấp, lắp đặt: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng cho các lỗi thuộc về nhà sản xuất. Trong thời gian bảo hành, thiết bị phải được bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 1 lần/3 tháng.

- Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ; hồ sơ hải quan khi giao hàng (đối với hàng hóa nhập khẩu).

- Hệ thống thiết bị (hoặc nước RO thành phẩm) phải được đơn vị kiểm định độc lập kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

**3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

**4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

- Mẫu báo giá: theo Phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc BV (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**