

Số: 1296 /BVĐK-VTTBYT  
V/v mời cung cấp báo giá phụ kiện thay  
thể máy chạy thận nhân tạo 4008S

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2024

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm phụ kiện thay thể máy chạy thận nhân tạo 4008S với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

**2. Cách thức tiếp nhận báo giá**

**- Nhận bản giấy báo giá:**

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

**Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.**

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

**- Nhận bản scan màu qua email:** vattudknb@gmail.com. (các đơn vị đính kèm file mềm bản báo giá)

**3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

**5. Thông tin liên hệ (nếu cần):** Ông Nguyễn Thế Dũng, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0946.032.777 (các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

### 1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Stt	Tên hàng hoá	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mô tơ bơm tách khí có chuỗi cắm máy 4008	- Mã M375781 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thủy lực	Cái	5
2	Mô tơ bơm tách dòng có chuỗi cắm máy 4008	- Mã M375791 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thủy lực	Cái	4
3	Đầu nối dịch lọc màu đỏ 2008/4008	- Mã 6419841 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để kết nối bệnh nhân với máy	Cái	9
4	Đầu nối dịch lọc màu xanh 2008/4008	- Mã 6419851 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để kết nối bệnh nhân với máy	Cái	9
5	Van điện từ 2 cổng hệ số dòng cao 4008	- Mã M339911 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thủy lực	Cái	6
6	Đầu bơm (kết nối với bơm tách khí hoặc bơm dòng) 4008/5008/6008	- Mã 6751421 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thủy lực	Cái	6
7	Pin sạc dự phòng 18V máy 4008	- Mã F40019383 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để thay thế khi mất điện lưới cho máy	Cái	15
8	Mô tơ bước kèm bộ truyền động 4 cực 4008	- Mã M393211 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để bơm máu	Cái	2
9	Van điện từ nhỏ/ Van thông khí	- Mã M394601 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để kiểm soát khí và áp lực máu cho bệnh nhân trong quá trình điều trị	Cái	5
10	Bộ giữ ống dây	- Mã M538951 hoặc phụ kiện tương đương	Cái	10

Stt	Tên hàng hoá	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
	bơm máu /bơm SN 4008SV10	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để giữ dây bơm máu		
11	Nắp cho bộ phát hiện khí 22m 4008SV10/A	- Mã M561711 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để cài giữ bầu dây	Cái	10
12	Cảm biến siêu âm cho bầu tĩnh mạch	- Mã M375611 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để kiểm soát dò rỉ khí cho bệnh nhân trong quá trình điều trị	Cái	7
13	Bàn phím cho khối dây máu WO SN 4008SV10	- Mã M399721 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để điều khiển các chức năng của máy theo y lệnh bác sỹ	Cái	2
14	Van xả áp lực nước 4008/SV10	- Mã M388721 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thuỷ lực	Cái	5
15	Van điều áp 4008/4008S V10	- Mã 6737161 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng trong hệ thống thuỷ lực	Cái	5
16	Cảm biến nhiệt độ máy 4008/4008S V10	- Mã 6797651 hoặc phụ kiện tương đương tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo của hãng Fresenius, model: 4008S - Dùng để kiểm soát nhiệt độ bên trong hệ thống thuỷ lực	Cái	5

**Ghi chú:**

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ điều kiện, năng lực có thể đến kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần);

- Báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục nêu trên;

- Trong báo giá ghi rõ: các điều khoản thương mại, bảo hành ... và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

2. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: bằng chuyển khoản.
5. Các thông tin khác
  - Tình trạng hàng hoá: mới 100%.
  - Mẫu báo giá: theo mẫu đính kèm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**

# BÁO GIÁ

## Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

### 1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên hàng hóa: - Ký, mã, nhãn hiệu (nếu có): - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Năm sản xuất: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Thời gian bảo hành: - Các thông tin khác (nếu có):				
...					
<b>TỔNG CỘNG:</b>					

### Ghi chú:

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:** .... ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]

### 3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))