

Số: 1798/BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá mua sắm vật tư,
lắp đặt đầu ra khí y tế cho các khoa phòng
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp Dịch vụ, hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư, lắp đặt đầu ra khí y tế để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư, lắp đặt đầu ra khí y tế cho các khoa phòng Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Đinh Quang Hiền, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912643538 (*Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÍNH		
1	Đầu ra cấp khí oxy - Yêu cầu chung: + Tình trạng: Mới 100% + Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Đầu ra cấp khí oxy tương thích với chuẩn Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình + Chất liệu chính: Đồng + Có van một chiều tự động đóng khi không sử dụng + Mã hóa màu để nhận biết loại khí y tế + Có van chặn riêng biệt cho từng bộ + Sử dụng chân cắm theo tiêu chuẩn để tránh cắm nhầm (chỉ cắm được thiết bị khí oxy). + Hình thức kết nối với hệ thống: kết nối bằng ống đồng <i>(Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương)</i>	Bộ	09
2	Đầu ra khí hút - Yêu cầu chung: + Tình trạng: Mới 100% + Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Đầu ra cấp khí hút tương thích với chuẩn Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình + Chất liệu chính: Đồng + Có van một chiều tự động đóng khi không sử dụng + Mã hóa màu để nhận biết loại khí y tế + Có van chặn riêng biệt cho từng bộ + Sử dụng chân cắm theo tiêu chuẩn để tránh cắm nhầm (chỉ cắm được thiết bị khí hút). + Hình thức kết nối với hệ thống: kết nối bằng ống đồng <i>(Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương)</i>	Bộ	10
3	Ống đồng thẳng đường kính 12.7mm - Thông số kỹ thuật: + tính năng : dẫn khí y tế + Dài: 2.9m/cây + Đường kính: 12.7mm ± 1% + Dày ≥ 0.71mm <i>(Hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)</i>	Mét	270

Số TT	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
4	Van cách ly đường ống D3/8 - Thông số kỹ thuật + Đường kính van: 3/8" <i>(Hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)</i>	Chiếc	19
II	VẬT TƯ LẮP ĐẶT <i>(Vật tư đúng chủng loại hoặc có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương như yêu cầu dưới đây)</i>		
1	Cút góc đồng 12.7mm -Đường kính: 12.7mm	Cái	120
2	Chữ T (chạc 3) đồng -Đường kính: 22mm	Cái	25
3	Chữ T (chạc 3) đồng 12.7mm -Đường kính: 12.7mm	Cái	25
4	Côn thu đồng -Đường kính: 22/15mm	Cái	25
5	Côn thu đồng: -Đường kính: 15/12mm	Cái	25
6	Măng xông đồng 12.7mm -Đường kính: 12.7mm	Cái	30
7	Hộp nhựa chống cháy 100x40 - Kích thước: 100x40x2000 mm	Cây	20
8	Giá treo bình hút -chất liệu: inox, nhôm	Chiếc	10
9	Nitơ làm sạch và thử kín đường ống - Bình 40 lít	Bình	02
10	Oxy hàn đường ống - Bình 40 lít	Bình	01
11	Gas hàn đường ống - Bình 12 kg	Bình	01
12	Que hàn đường ống	Kg	03
13	Vật tư phụ (Nỡ nhựa, vít, càng cua...)	Gói	01
14	Giá đỡ đường ống (13x26x350)mm - Vật liệu: thép hộp mạ kẽm - Kích thước: (13x26x300)mm	Hộp	20
15	Ty ren treo ống 8 mm+ nở đạn + ecu - Vật liệu: thép hộp mạ kẽm - Kích thước: M8x600mm	Bộ	40

Số TT	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
III	NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG		
1	Nhân công lắp đặt hệ thống (bao gồm cả lắp đặt giá đỡ, máng, ty treo, van cách ly đường ống, đầu ra của khí và các phụ kiện khác...)	Gói	01
2	Nhân công tháo di chuyển chuyên, lắp đặt đến vị trí mới và bảo dưỡng 1 BHU (1,2m) P.104	Gói	01

Ghi chú:

Các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực có thể đến Bệnh viện khảo sát thực tế hiện trạng của các vị trí lắp đặt đầu ra khí y tế trước khi cung cấp báo giá; trong báo giá ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành...

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	1. Tên thiết bị, vật tư: - Model, mã hàng hóa (nếu có): - Xuất xứ: - Các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA...): - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Các thông tin khác (nếu có). 2. Tên dịch vụ: - Mô tả dịch vụ (nội dung công việc): - Thời gian bảo hành:				
...					
TỔNG CỘNG:					

Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Biểu trên.
- Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày... tháng... năm 2024

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))