

Số: 1920/BVĐK-VTTBYT
V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa
các máy siêu âm, máy X-quang

Ninh Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu thuê dịch vụ sửa chữa các máy siêu âm, máy X-quang đang bị hư hỏng và nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- **Nhận bản scan màu qua email:** vattudknb@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Phạm Mẫn Toàn, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0969.942.288.

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục thiết bị mời sửa chữa

Số TT	Tên thiết bị	Mô tả hiện trạng, hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính
1.	Máy siêu âm chuyên tim mạch - Model: Acuson S2000 - Số máy: 206926 (11041461) - Hãng sản xuất: Siemens - Năm sản xuất: 2012	- Màn hình theo máy bị hỏng không sử dụng được - Các đầu dò đã sử dụng lâu ngày, hình ảnh mờ, chế độ Doppler bị nhiễu, tín hiệu kém không thể quan sát được - Máy thường xuyên bị đơ, treo	01	Cái

Số TT	Tên thiết bị	Mô tả hiện trạng, hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính
2.	Máy siêu âm chuyên tim mạch - Model: Acuson S2000 - Số máy: 206967 - Hãng sản xuất: Siemens - Năm sản xuất: 2012	- Các đầu dò đã sử dụng lâu ngày, hình ảnh mờ, chế độ Doppler bị nhiễu, tín hiệu kém không thể quan sát được - Máy tốc độ rất chậm, thường xuyên bị đơ, treo	01	Cái
3.	Máy siêu âm màu - Model: Logiq P6 - Số máy: 302846SU1 - Hãng sản xuất: GE - Năm sản xuất: 2015	- Hỏng khối nguồn - Chế độ Doppler bị nhiễu trên toàn màn hình - Hình ảnh trên đầu dò Linear mờ, có vệt đen - Máy tốc độ chậm	01	Cái
4.	Máy siêu âm màu - Model: Logiq P6 - Số máy: 157403SU7 - Hãng sản xuất: GE - Năm sản xuất: 2011	- Chất lượng hình ảnh kém: ảnh mờ, có nhiều nhiễu đốm - Thường xuyên báo lỗi khi chuyển đầu dò - Có cảnh báo lỗi phần mềm - Máy tốc độ chậm	01	Cái
5.	Máy siêu âm màu tổng quát - Model: Affiniti 30 - Số máy: USO18E1289 - Hãng sản xuất: Philips - Năm sản xuất: 2018	- Chất lượng hình ảnh kém: ảnh mờ - Đầu dò Linear có vệt đen lớn không sử dụng được	01	Cái
6.	Máy siêu âm màu 4D - Model: Voluson S8 - Số máy: VS8002200 - Hãng sản xuất: GE - Năm sản xuất: 2017	- Khởi động chậm - Vùng thăm khám (tất cả các đầu dò) bị trắng xóa, không hiển thị hình ảnh	01	Cái
7.	Máy siêu âm xách tay đen trắng - Model: UF-400AX - Seri: 50001113 - Hãng sản xuất: Fukuda	- Máy tốc độ rất chậm; phụ kiện đã bị lão hóa (các đầu dò và màn hình hiển thị); hình ảnh rất mờ - Các nút chức năng kém nhạy	01	Cái
8.	Máy chụp X-quang cao tần treo trần - Model: MULTIX TOP/VERTIX - Hãng sản xuất: Siemens - Năm sản xuất: 2012	- Máy báo lỗi "Err006", "Err039", "Err053" - Khi chụp: rotor bóng phát tia phát ra âm thanh lớn - Chất lượng hình ảnh kém, chậm phát tia	01	Hệ thống
9.	Máy chụp X-quang tăng sáng truyền hình - Ký hiệu: G 100 RF 65kW - Hãng sản xuất: VILLA - Năm sản xuất: 2008	- Bàn bệnh nhân không điều khiển được - Chất lượng hình ảnh kém	01	Hệ thống

Số TT	Tên thiết bị	Mô tả hiện trạng, hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính
10.	Máy chụp X-quang thường quy - Ký hiệu: G 100C RAD 40kW - Hãng sản xuất: VILLA - Năm sản xuất: 2008	- Bàn phím điều khiển bị nhiều vật đen ngang, phím chức năng kém nhạy; bàn bệnh nhân không điều khiển được - Chất lượng hình ảnh kém	01	Hệ thống

Ghi chú:

- Các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực có thể đến kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần); trong báo giá ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành...

- Các đơn vị có thể báo giá sửa chữa cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các thiết bị nêu trên.

- Đề nghị các đơn vị đính kèm Báo giá Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hợp đồng tương tự...; nhân sự kiểm tra, sửa chữa thiết bị).

- Giá báo giá là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, sửa chữa hoàn chỉnh thiết bị và bảo hành).

2. Địa điểm thực hiện sửa chữa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc địa điểm do nhà cung cấp dịch vụ chỉ định (Đơn vị thực hiện sửa chữa chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị).


3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mẫu báo giá: theo mẫu đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:.....
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên dịch vụ: - Mô tả dịch vụ (nội dung công việc): - Thời gian bảo hành:				
...					
TỔNG CỘNG:					

Giá trên là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, sửa chữa hoàn chỉnh thiết bị và bảo hành).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá