

Số: 708 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá
phụ kiện thay thế dùng cho hệ thống
nội soi tiêu hoá

Ninh Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp phụ kiện thay thế dùng cho hệ thống nội soi tiêu hoá tại khoa Thăm dò chức năng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Phạm Mẫn Toàn, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0969.942.288. (chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng	<p>1. Yêu cầu cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Bình nước: 01 chiếc <p>2. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá dòng 170 hoặc 180 (ống nội soi dạ dày, đại tràng) của hãng OLYMPUS - Nguồn sáng: đèn LED hoặc cao cấp hơn - Có chức năng tăng cường khả năng nhìn thấy các mạch máu và mô khác trên bề mặt niêm mạc - Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng - Có chức năng điều chỉnh tông màu - Có chức năng điều chỉnh độ lợi sáng tự động - Có chức năng điều chỉnh độ tương phản hình ảnh - Có chức năng giảm nhiễu - Có chức năng hiệu chỉnh ánh sáng tự động - Có chức năng thay đổi kích thước hình ảnh nội soi - Có chức năng dừng hình - Có hiển thị trạng thái ghi dữ liệu - Có hiển thị thông tin hình ảnh - Ghi nhớ được các cài đặt - Có bộ nhớ lưu trữ hình ảnh - Ngõ ra: tối thiểu có analog, DVI - Loại bảo vệ chống sốc điện: Class I hoặc tương đương trở lên 	Cái	01
2	Ống nội soi đại tràng video	<p>1. Cấu hình tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống nội soi đại tràng video: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm đồng bộ với ống soi: 01 bộ <p>2. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá dòng 170 hoặc 180 (bộ xử lý hình ảnh) của hãng OLYMPUS 	Cái	01

Số TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao - Có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm - Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc - Điều chỉnh được độ cứng của ống soi - Có kênh nước phụ - Trường nhìn: ≥ 140 độ - Độ sâu của trường nhìn: từ $\leq 3\text{mm}$ đến $\geq 100\text{mm} \pm 5\%$ - Hướng quan sát: 0 độ (hướng nhìn thẳng) - Độ uốn cong của đầu ống soi: Lên ≥ 180 độ, Xuống ≥ 180 độ, Phải ≥ 160 độ, Trái ≥ 160 độ - Đường kính ngoài của thân ống soi: $\leq 13\text{mm} \pm 5\%$ - Đường kính kênh dụng cụ: $\geq 3.5\text{mm} \pm 5\%$ - Chiều dài làm việc: $\geq 1300\text{mm} \pm 5\%$ - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ từ đầu cuối ống soi: $\leq 5.0\text{mm}$ 		
3	Dây cáp chuyển đổi tín hiệu	Sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá dòng 170 hoặc 180 (ống nội soi dạ dày, đại tràng; bộ xử lý hình ảnh) của hãng OLYMPUS	Cái	01

Ghi chú:

- Các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục trên (Bệnh viện dự kiến tổ chức đấu thầu theo lô, phần).

- Các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày.


3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: theo quy định của pháp luật.

- Thanh toán: bằng chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.
- Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC****Nguyễn Văn Tuyên**

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên hàng hóa: - Model (nếu có): - Ký, mã, nhãn hiệu (nếu có): - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Năm sản xuất: - Cấu hình: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Thời gian bảo hành: - Các thông tin khác (nếu có).				
...					
TỔNG CỘNG:					

Ghi chú:

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa.

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))