

Số: 762/BVĐK-VTTBYT
V/v mời báo giá cải tạo, thay thế
vật liệu lọc hệ thống lọc nước RO

Ninh Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cải tạo, thay thế vật tư thiết bị, vật liệu lọc cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Nguyễn Tiến Dũng, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912910045 (*Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ

Số TT	Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng
I	Thiết bị, vật tư, vật liệu bổ sung, thay thế		
1	Modul RO1		
1.1	Máy bơm cao áp - Loại bơm chuyên dụng cho sản xuất nước RO - Công suất: $\geq 2,2\text{KW}$ - Lưu lượng: $\geq 2\text{m}^3/\text{giờ}$	Cái	02
1.2	Vỏ màng RO - Loại inox - Áp lực $P_{\max} \geq 250\text{psi}$ - Kích thước phù hợp với 01 màng 4040	Cái	10
1.3	Màng RO - Chung loại 4040 - Loại áp cao	Cái	01
1.4	Tủ điện điều khiển (bao gồm cả thiết bị điện, đồng hồ lưu lượng, đồng hồ áp kế) - Điều khiển hoàn toàn tự động - Điều khiển được độc lập 2 hệ thống lọc RO	Tủ	01
1.5	Giá đỡ hệ thống - Vật liệu: inox định hình 304 - Kích thước phù hợp với 2 hệ lọc RO 5 màng	Cái	01
2	Modul lọc đa chất		
2.1	Cát lọc - Kích thước: 0,9 – 1,6mm - Tỷ trọng: 1,4 kg/lit $\pm 5\%$	Kg	200
2.2	Vật liệu lọc đa năng - Kích thước: 0,8 – 2mm - Dung lượng hấp thụ: 1,3g/g $\pm 10\%$	Lít	80
2.3	Cacbon hoạt tính - Kích thước hạt: 1mm $\pm 10\%$ - Chỉ số Iode: 950 mg/g $\pm 10\%$ - Tỷ trọng: 300g/Kg $\pm 10\%$	Kg	75
2.4	Hạt trao đổi ion - Tỷ trọng: 850 g/lít $\pm 5\%$ - Gốc: Na	Lít	300
2.5	Van tái sinh tự động 3 cửa - Lắp đặt với cột lọc 300 lít - Điều khiển sục rửa, tái sinh hoàn toàn tự động	Bộ	03

	- Gồm 3 cửa ra - Kích thước cửa ra: 2"		
2.6	Van tái sinh tự động 5 cửa - Lắp đặt với cột lọc 300 lít - Điều khiển sục rửa, tái sinh hoàn toàn tự động - Gồm 5 cửa ra - Kích thước cửa ra: 2"	Bộ	01
3	Modul RO2		
3.1	Màng RO - Chung loại 4040 - Loại áp cao	Cái	04
II	Dịch vụ thay thế, lắp đặt, căn chỉnh, hướng dẫn sử dụng, kiểm nghiệm nước thành phẩm. Bao gồm: - Vận chuyển thiết bị, vật tư, vật liệu đến vị trí cải tạo - Tháo dỡ thiết bị, vật liệu lọc cũ - Lắp đặt thiết bị mới - Thay thế vật liệu lọc mới - Sục rửa, vận hành, căn chỉnh hệ thống, tẩy rửa hệ thống. - Hướng dẫn sử dụng - Kiểm nghiệm nước thành phẩm bởi đơn vị độc lập	Gói	01

Ghi chú:

- Các đơn vị có thể về trực tiếp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu, số liệu để lập báo giá.

- Báo giá phải bao gồm toàn bộ các mặt hàng trong danh mục nêu trên.

- Các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.


- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Văn Tuyên

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục thiết bị vật tư	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
I	Phần thiết bị, vật tư				
1	- Tên thiết bị, vật tư: - Model, mã hàng hóa (nếu có): - Xuất xứ: - Các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA...): - Cấu hình: - Thông số kỹ thuật chi tiết hoặc có catalog sản phẩm đính kèm. - Các thông tin khác (nếu có).				
2					
...					
II	Phần nhân công, dịch vụ				
Tổng cộng:					

Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Bảng trên;
- Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))