

Số: 786/BVĐK-VTTBYT
Về việc mời báo giá vật tư y tế

Ninh Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế sử dụng tại Đơn nguyên can thiệp tim mạch trong 12 tháng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. (Nếu có các vấn đề cần làm rõ, đề nghị liên hệ bà Nguyễn Kim Thủy, SĐT 0943.471.606 để được giải đáp)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh tại Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Nhận bản giấy:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vtytbvdknb@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 05/ 6/2024.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*) tùy thời điểm nào đến trước.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày**, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


- Danh mục vật tư (có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:

- Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Vận chuyển, bốc xếp, bàn giao tại Kho Vật tư tiêu hao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đặt hàng.
- 4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không
 - Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản. Thời gian thanh toán: 30 ngày kể từ ngày hoàn thành hồ sơ thanh toán.
- 5. Các thông tin khác
 - Tình trạng hàng hóa: mới 100%.
 - Mẫu báo giá: Theo mẫu báo giá kèm theo công văn này. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải)
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 786/BVĐK-VTTBYT ngày 23/5//2024
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn	Yêu cầu xuất xứ	Số lượng
1	Bộ bơm bóng áp lực cao	Bộ	Bơm bóng áp lực ≥ 25 atm - Bộ gồm: Bơm áp lực, dây nối, van cầm máu - Đạt tiêu chuẩn ISO13485		500
2	Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch	bộ	Đầu dò siêu âm mạch vành tần số ≥ 40 MHz. Gồm đầu dò và hệ thống kéo liên tục Chứng nhận FDA. Nhà thầu có cam kết cung cấp máy siêu âm trong lòng mạch đến khi hết số lượng thầu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Châu Âu, G7	50
3	Bộ phân phối	Cái	Bộ phân phối dùng trong can thiệp tim mạch, có 3 cổng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		1.000
4	Bóng nong động mạch ngoại biên 0.035"	Cái	Bóng nong động mạch ngoại biên tương thích với dây dẫn đường 0,035". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu, G7	25
5	Bóng nong động mạch vành áp lực cao	Cái	Bóng nong mạch vành áp lực cao bao gồm các cỡ khác nhau. Trong đó đường kính đủ các cỡ. Tối thiểu ≤ 2.0 mm đường kính tối đa ≥ 4.5 mm. chứng nhận FDA. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Châu Âu, G7	200
6	Bóng nong động mạch vành áp lực cao	Cái	Bóng nong mạch vành áp lực cao bao gồm các cỡ khác nhau. Trong đó đường kính đủ các cỡ. Đường kính tối thiểu ≤ 2.5 mm đường kính tối đa ≥ 4.5 mm, có thiết kế chống trơn trượt. Đạt tiêu chuẩn ISO13485		350
7	Bóng nong động mạch vành áp lực thường	Cái	Bóng nong mạch vành áp lực thường bao gồm các cỡ khác nhau. Trong đó đường kính đủ các cỡ Tối thiểu $\leq 1,25$ mm đường kính tối đa $\geq 4,0$ mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Châu Âu, G7	200
8	Bóng nong động mạch vành áp lực thường	Cái	Bóng nong mạch vành áp lực thường bao gồm các cỡ khác nhau. Trong đó đường kính đủ các cỡ, tối thiểu ≤ 1.25 mm đường kính tối đa ≥ 4.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		350
9	Bóng nong động mạch vành áp lực thường	Cái	Bóng nong mạch vành áp lực thường bao gồm các cỡ khác nhau. Chứng nhận FDA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		150
10	Bóng nong động mạch vành chống trượt	Cái	Bóng nong mạch vành chống trượt khi nong mạch - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		25

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn	Yêu cầu xuất xứ	Số lượng
11	Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao	Cái	Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao. Có chứng nhận FDA. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		25
12	Bóng nong động mạch vành phủ thuốc	Cái	- Bóng nong động mạch vành phủ thuốc. - Đường kính các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		5
13	Bóng nong mạch ngoại vi	Cái	Gồm nhiều loại kích thước khác nhau. Tương thích với dây dẫn đường 0.018". Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Châu Âu/ G7	50
14	Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc	Cái	Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		25
15	Catheter chụp động mạch vành	Cái	- Kích cỡ: đường kính từ 4Fr đến 5Fr. Bao gồm loại chụp bên trái hoặc chụp bên phải. - Chiều dài ≥ 100 cm. - Tương thích guidewire 0,035". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		200
16	Catheter chụp động mạch vành hai bên	Cái	Kích thước: đường kính từ 4Fr đến 5Fr. Chụp được cả 2 bên trái và phải. - Chiều dài ≥ 100 cm. - Tương thích guidewire 0.035". Đạt tiêu chuẩn ISO13485		1.100
17	Catheter nối dài hỗ trợ can thiệp tắc động mạch vành mạn tính, mạch vành bị vôi hoá	Cái	Chiều dài ≥ 150 cm. Dùng để nối dài giúp đưa các thiết bị can thiệp vào mạch máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		25
18	Catheter tạo nhịp His có lái hướng	Cái	Catheter tạo nhịp HIS có lái hướng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Chứng nhận FDA.	Châu Âu, G7	5
19	Catheter trợ giúp can thiệp mạch vành	Cái	Kích thước: Cỡ 5,6,7,8 Fr. Đầu tip đa dạng kiểu đầu thẳng, đầu cong khác nhau. Chứng nhận FDA. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Châu Âu, G7	500
20	Catheter trợ giúp can thiệp mạch thận	Cái	Kích thước: Cỡ 5,6,7,8 Fr. Đầu tip đa dạng. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE		5
21	Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi	Cái	Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi. Đầu phát nhiệt bọc thủy tinh. Nhà thầu có cam kết cung cấp máy đốt laser dùng cho tới khi hết đầu - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Châu Âu, G7	50

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn	Yêu cầu xuất xứ	Số lượng
22	Dây dẫn đường cho bóng và stent loại CTO	Cái	Khả năng tải đầu tip từ 0,6 gf đến 20 gf. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		30
23	Dây dẫn đường cho bóng và stent loại thường	Cái	Dây dẫn đường cho bóng và stent phủ lớp ái nước, chiều dài ≥ 150 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		600
24	Dây dẫn đường cho Catheter	Cái	Dây dẫn đường cho catheter, chất liệu lõi là nitinol, phủ lớp ái nước. Đường kính 0,035", có các dạng đầu cong và thẳng. Chiều dài các cỡ khác nhau, trong đó có loại chiều tối đa ≥ 260 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		1.200
25	Dây điện cực tạo nhịp tạm thời	Bộ	Dây điện cực tạo nhịp tạm thời. Đạt tiêu chuẩn ISO13485		15
26	Dụng cụ bảo vệ ngoại vi	Cái	Tương thích dây dẫn 0,014", phù hợp hệ thống 6F. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu, G7	10
27	Dụng cụ mở đường vào mạch máu	Cái	Có đủ các loại Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay và động mạch đùi. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đủ các cỡ 5F, 6F, 7F, 8F. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		1.200
28	Khung giá đỡ can thiệp mạch cảnh	Cái	Tương thích dây dẫn 0,014", phù hợp hệ thống 7F. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu/ G7	10
29	Khung giá đỡ động mạch ngoại vi tự nở (chủ chậu)	Cái	Đường kính khung nhiều cỡ, trong đó đường kính tối thiểu ≤ 5 mm và đường kính tối đa ≥ 10 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu/ G7	5
30	Khung giá đỡ động mạch thận	Cái	Đường kính khung nhiều cỡ, trong đó đường kính tối thiểu $\leq 4,50$ mm và đường kính tối đa $\geq 6,00$ mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu/ G7	5
31	Khung giá đỡ mạch chủ bụng	Cái	Bao gồm mạch chính và 2 mạch chậu. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, Chứng nhận FDA.	Châu Âu/ G7	2
32	Khung giá đỡ mạch chủ ngực	Cái	Khung giá đỡ mạch chủ ngực các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO13485. Chứng nhận FDA	Châu Âu/ G7	2

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn	Yêu cầu xuất xứ	Số lượng
33	Khung giá đỡ mạch ngoại vi	Cái	Đường kính khung có nhiều cỡ, trong đó đường kính nhỏ nhất $\leq 4,50$ mm và đường kính lớn nhất $\geq 7,00$ mm. có thiết kế can thiệp được động mạch khoeo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		40
34	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc	Cái	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc các cỡ, chất liệu Khung hợp kim Platinum. Có chứng nhận FDA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu/ G7	150
35	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc	Cái	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc các cỡ. Độ dày khung Stent $> 72\mu\text{m}$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận CE	Châu Âu/ G7	200
36	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc	Cái	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc, có nhiều kích thước đường kính khác nhau. Độ dày khung Stent $\geq 59\mu\text{m}$ và $\leq 72\mu\text{m}$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		300
37	Máy tạo nhịp 1 buồng	Bộ	Bộ máy tạo nhịp tim 01 buồng có đáp ứng tần số. - Tương thích với chụp MRI. - Bộ bao gồm: Thân máy chính, Dây điện cực tạo nhịp, Introducer. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận FDA.		12
38	Máy tạo nhịp 2 buồng	Bộ	Bộ máy tạo nhịp tim 02 buồng có đáp ứng tần số. - Tương thích với chụp MRI. - Bộ bao gồm: Thân máy chính, Dây điện cực tạo nhịp, Introducer. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Có chứng nhận FDA.		20
39	Ống thông can thiệp siêu nhỏ có 2 nòng chuyên dụng cho CTO và mạch nhánh	Cái	Cấu tạo 2 nòng có thể trợ giúp guidewire truy cập nhánh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		2
40	Ống thông hút huyết khối mạch ngoại biên	Cái	Ống thông hút huyết khối mạch ngoại biên các cỡ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		5
41	Ống thông hút huyết khối mạch vành	Cái	Bộ dụng cụ hút huyết khối mạch vành tương thích với guiding catheter từ 6F trở lên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu/ G7.	25

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản và các tiêu chuẩn	Yêu cầu xuất xứ	Số lượng
42	Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi ái nước	Cái	Chiều dài có tối thiểu 2 cỡ khác nhau trong khoảng từ 180cm đến 300cm. Đường kính 0,014 inch hoặc 0,018 inch có lớp ái nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		50
43	Vi ống thông can thiệp mạch vành	Cái	Vi ống thông dùng để hỗ trợ can thiệp tổn thương phức tạp. Chiều dài ≥ 130 cm. Tương thích với dây dẫn đường 0,014". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		10
44	Xilanh xoáy	Cái	- Bơm tiêm có đầu khóa xoay dùng trong can thiệp mạch máu (loại không có quai). Dung tích bơm các loại, trong đó có loại 10ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485		1.200
Tổng số: 44 mặt hàng					

Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá số 786 /BVĐK-VTTBYT ngày 23 /5/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...

Địa chỉ...

Điện thoại...

Email...

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu	Hãng, nước Sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm SX	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
1											
2											
...											
Tổng số: ... mặt hàng											

Giá trên đã bao gồm phí, thuế và vận chuyển bốc xếp tại kho

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng 5 năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)