

Số: 946/BVĐK-DUOC

Ninh Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế, hóa chất

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số vật tư y tế, hóa chất chi mất đi sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (có phụ lục danh mục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo). Đồng thời gửi kèm bản chụp màn hình kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng của hàng hóa.

- **Thời gian nhận báo giá:** Trước 10h00 ngày 14/6/2022;

- **Hình thức nhận báo giá:**

+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện, đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình - Số điện thoại: 02293.871.030 (chỉ nhận báo giá qua Văn thư Bệnh viện).

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: duocbvdknb@gmail.com.

Rất mong được nhận được sự tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Chính Chuyên**



**Phụ lục**  
**DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG XIN BẢO GIÁ**

(Kèm theo Thư mời báo giá số 946 /BVĐK-DUOC ngày 06/6/2022  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm (theo TT 14/2020/TT- BYT)	Ghi chú
1	Kim chọc dò tủy sống	- Các cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G, 27G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	Yêu cầu hàng hoá mới 100%. Có thông số kỹ thuật và phân nhóm TCKT tương đương trở lên.
2	Kim chọc dò ổ bụng	- Đường kính kim 16G, đường kính ngoài 1,7mm, chiều dài kim 133mm ± 5mm - Tiệt trùng từng chiếc. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 6	
3	Túi nước tiểu	- Dung lượng: ≥ 2000ml. - Túi có van xả phía dưới, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 6	
4	Gạc dẫn lưu tai mũi họng	- Kích thước: 1,5 x 100cm x 4 lớp. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 5	
5	Băng thun có keo	- Kích thước: 8cm x 4,5m. - Cotton 100% - Keo Zinc oxide - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 6	
6	Gel bôi trơn	- Sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo... đã được tiệt trùng. - Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. - Không độc hại và không có mùi hôi. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 6	
7	Bông mỡ	- 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 5	
8	Dây thở oxy người lớn	- Chất lượng nhựa PVC, đầu mềm. - Chiều dài dây tối thiểu 2m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 6	
9	Tấm trải nilon	- Kích thước 1,8m x 2,2m. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 5	
<b>Tổng số: 09 mặt hàng</b>				



## Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số 946/BVĐK-DUOC ngày 06/6/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...

Địa chỉ: \*

Điện thoại...

Email...

Mã số thuế:...

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Công ty .....xin gửi tới Bệnh viện bảng báo giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Chủng loại (model)/Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật/ Quy cách đóng gói	Hãng SX /Nước SX	Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT	Đơn vị tính	Đơn giá (đã có VAT)	Ghi chú	Thông tin đã trúng thầu				Thông tin kê khai giá	
										Đơn giá trúng thầu tham khảo	Tỉnh/BV trúng thầu	Quyết định phê duyệt kết quả	Ngày tháng quyết định phê duyệt kết quả	Giá kê khai	Mã kê khai
1															
...															
Tổng số: ... mặt hàng															

Ghi chú: Báo giá này có giá trị trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)