

Số: 1567 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá thiết bị,
dụng cụ bổ sung cho phòng mổ mới

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá các thiết bị, dụng cụ bổ sung cho phòng mổ mới để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Đàm Mạnh Linh

- Chức vụ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0918676194

- Email: vattudknb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

3.1. Các hình thức tiếp nhận báo giá:

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

(bắt buộc đối với hàng hóa khác ngoài vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế)

Trong trường hợp các tài liệu đính kèm báo giá vượt quá dung lượng cho phép hoặc không gửi được qua Hệ thống thì hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi các tài liệu qua email: vattudknb@gmail.com

- Trực tiếp (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận trực tiếp bản giấy báo giá hoặc qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Email (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com

3.2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3.3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ hết hạn tiếp nhận báo giá nêu trên.

II. Nội dung đề nghị báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút dịch	1. Tính năng: - Dùng để hút dịch, đờm rãi cho bệnh nhân trong phẫu thuật, thủ thuật, chăm sóc y tế 2. Yêu cầu về cấu hình: - Thân máy chính : 01 chiếc - Bình đựng dịch: 02 chiếc - Pedal (công tắc đạp chân): 01 chiếc - Dây hút: ≥ 01 chiếc - Filter lọc: ≥ 01 chiếc - Dây điện nguồn: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật: - Dung tích mỗi bình: ≥ 3 lít có van chống tràn - Lưu lượng hút: ≥ 55 lít/phút - Điều chỉnh áp lực hút bằng núm vặn - Thời gian sử dụng liên tục ≥ 30 phút - Có đồng hồ hiển thị áp lực hút - Độ ồn: ≤ 65 db (A) - Áp lực hút: ≥ 90 kPa (hoặc ≥ 680 mmHg) - Thiết bị tương thích với nguồn điện sử dụng tại Việt Nam 4. Yêu cầu khác: Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485	02	Cái
2	Xe tiêm	1. Tính năng: Xe đẩy tiêm thuốc dùng trong cấp cứu và cấp phát thuốc 2. Yêu cầu về cấu hình - Khung xe chính: 01 cái - Kèm theo các phụ kiện chuẩn như sau: + Hệ thống ngăn kéo: 05 cái + Giá đặt máy: 01 cái + Bánh xe: 04 cái trong đó 2 cái có phanh + Bàn làm việc: 01 cái + Hộp/Khay đựng dụng cụ: 01 cái + Tấm ép tim: 01 + Thùng rác có nắp đậy: 02 cái + Hộp đựng kim tiêm vật sắc nhọn: 01 cái + Giá để bình oxy: 01 cái	02	Cái

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		+ Cọc truyền dịch: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật + Kích thước: Dài 750 x Rộng 475 x Cao 1000 mm (có bao gồm bánh xe) $\pm 5\%$ + Hệ thống ngăn kéo: gồm 5 ngăn kéo + Mỗi ngăn kéo có thể tháo rời + Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo + Xe có 4 bánh xe, ít nhất 2 bánh chéo nhau có khóa, đường kính bánh xe ≥ 100 mm + Thùng rác có nắp đậy + Bàn làm việc mở rộng bên hông: có thể kéo trượt ra và thu gọn vào + Vật liệu: nhựa ABS, tầng trên có lan can 3 mặt bằng inox + Tải trọng ≥ 20 kg 4. Yêu cầu khác: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485		
3	Bàn tit dụng cụ	1. Tính năng - Sử dụng để tiếp dụng cụ trong phẫu thuật, thủ thuật y tế 2. Yêu cầu kỹ thuật - Kích thước: 500 x 350 x (700 – 1100) mm $\pm 5\%$ - Toàn bộ xe được làm bằng inox Sus 304 - Khay kích thước: (350x500) mm $\pm 5\%$, dày $\geq 1,2$ mm, mặt khay có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh - Thân đỡ khay được làm bằng inox hộp (25x25) mm hoặc inox ống tròn, dày $\geq 1,2$ mm, có thể điều chỉnh độ cao từ (700 đến 1100) mm có chốt hãm chắc chắn - Khung đế được làm bằng Inox hộp (30x30) mm - Bốn bánh xe chuyển hướng, trong đó có ít nhất 02 bánh chéo nhau có phanh hãm + Tải trọng ≥ 30 kg 3. Yêu cầu khác: - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485	04	Cái
4	Bàn để sàng áo	1. Tính năng - Dùng để xếp, đựng, sắp xếp đồ sàng áo mổ, áo phẫu thuật trong quá trình phẫu thuật 2. Yêu cầu kỹ thuật - Chất liệu: Inox Sus 304 - Kích thước: D1100 x R700 x C800 mm $\pm 5\%$ - Mặt bàn: làm bằng Inox nguyên tấm, dày $\geq 1,2$ mm chịu lực tốt + Các góc cạnh được bo, gấp nếp kín + Phía dưới mặt bàn phải có tăng xương tăng cứng bằng Inox	02	Cái

Số TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa)	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Khung: sử dụng Inox hộp 25x25 mm hoặc ống Φ30 độ dày $\geq 1,2$ mm + Có khung giằng quanh chân - Chân đế: Đế bọc cao su chống trượt - Khả năng chịu tải tối đa ≥ 120 kg		
5	Bàn kê tay	1. Tính năng - Làm phẫu thuật, thủ thuật dễ đỡ và cố định tay của bệnh nhân ở tư thế thuận lợi nhất cho bác sĩ thực hiện các thao tác y tế 2. Yêu cầu kỹ thuật - Chất liệu: Inox Sus 304 - Kích thước: D500 x R400 x C800 mm $\pm 5\%$ + Mặt bàn: Làm bằng tấm Inox, dày $\geq 1,2$ mm chịu lực tốt + Khung đỡ: sử dụng Inox hộp 40x40 mm, có các thanh giằng chắc chắn + Chân đế: bọc cao su chống trượt - Khả năng chịu tải tối đa: ≥ 50kg	01	Cái
6	Bạc đứng	1. Tính năng - Sử dụng để phẫu thuật viên đứng lên xuống làm phẫu thuật, thủ thuật 2. Yêu cầu kỹ thuật - Chất liệu: Inox - Bạc đứng: 02 bậc - Kích thước: (D500 x R400 x C350) mm $\pm 5\%$ + Dài tổng thể: 500 mm $\pm 5\%$ + Rộng mỗi bậc: 200 mm $\pm 5\%$ + Cao mỗi bậc: 150 mm $\pm 5\%$ - Hai chân phía sau có thanh giằng cứng - Mặt bậc làm bằng inox tấm dày $\geq 1,2$ mm, có dập gân chống trơn trượt, có các thanh đỡ phía dưới - Khả năng chịu tải tối đa ≥ 100 kg	01	Cái
7	Cọc truyền	1. Tính năng - Dùng để treo dịch truyền cho bệnh nhân 2. Yêu cầu kỹ thuật - Có 04 móc treo - Thân bằng ống inox Sus 304 độ dày $\geq 1,2$ mm, chia làm 2 phần, có thể tăng chỉnh chiều cao (1200-2000)mm - Chân đế bằng hộp inox Sus 304 20x40 (± 5 mm), độ dày $\geq 1,2$ mm - Chân đế có ≥ 2 bánh xe có khóa bánh 3. Yêu cầu khác: - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485	02	Cái

Ghi chú:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp (gọi chung là các đơn vị) có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục trên, có thể chào nhiều báo giá khác nhau tương ứng với ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu (model) khác nhau hoặc cùng model nhưng có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cao thấp khác nhau;

- Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo mẫu đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

- Trường hợp hàng hóa của đơn vị có một hoặc một số thông số, tiêu chí chưa đáp ứng theo yêu cầu báo giá (xấp xỉ với yêu cầu) thì đơn vị vẫn thực hiện chào giá, Bệnh viện sẽ xem xét sử dụng báo giá đó nếu vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp bảng chào giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành; bảng giá chi tiết các vật tư tiêu hao; danh mục hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế (nếu có).

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: theo quy định của pháp luật (thống nhất trong quá trình hoàn thiện hợp đồng).

- Thanh toán: chuyển khoản 100% tổng giá trị hợp đồng sau khi đã khấu trừ tạm ứng (nếu có) trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và Bệnh viện đã nhận đầy đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định và hoàn thành việc nộp bảo đảm bảo hành.

4. Các thông tin khác

- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

+ Đối với thiết bị y tế (trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế): theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

+ Đối với linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa.

+ Đối với hàng hoá khác: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa chào giá phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. (Đơn vị báo giá không phải đính kèm hồ sơ theo Báo giá).

- Có giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm hợp pháp trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đối với các thiết bị thuộc danh mục quy định; chi phí thực hiện (nếu có) đã bao gồm trong giá báo giá.
- Mẫu báo giá: tham khảo mẫu đính kèm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải Website);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, ... [ghi tên đơn vị báo giá] báo giá cung cấp các mặt hàng như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu (nếu có)	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và thông số kỹ thuật của hàng hóa; chứng nhận chất lượng	Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1												
...												
TỔNG CỘNG:												

Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và bảo hành.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, đơn vị báo giá cung cấp số lưu hành.

- Đối với hàng hóa không có ký mã hiệu, đơn vị báo giá điền là không có.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn yêu cầu của Bệnh viện về thời hạn có hiệu lực của báo giá], kể từ ngày ... /.../.... [ghi ngày hết hạn nhận báo giá]

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))