

Số: 121 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá thiết bị
thẩm mỹ, da liễu

Ninh Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị thẩm mỹ, da liễu để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- **Nhận bản scan màu qua email:** vattudknb@gmail.com (bao gồm bản scan báo giá và tài liệu kỹ thuật).

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến 17 giờ 00, ngày 04/02/2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04/02/2026.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Bà Lê Thị Hương, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0766616333 (*chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Danh mục, yêu cầu về cấu hình, tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy laser CO2 điều trị (Máy laser CO2 (Fractional))	Cái	01
	1. Yêu cầu chung - Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz		

	<p>- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 35 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 80\%$</p> <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: ≥ 01 cái - Tay phát tia phẫu thuật (Đầu đốt CO2): ≥ 02 cái - Tay phát tia vi điểm (Đầu đốt Fractional CO2): ≥ 01 cái - Kính cho bác sĩ: ≥ 01 cái - Kính cho bệnh nhân: ≥ 01 cái - Bàn đạp chân: ≥ 01 cái - Dây nguồn: ≥ 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng máy chính: 01 bộ <p>3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể kết hợp các chức năng khác nhau với các tay điều trị khác nhau - Đầu đốt CO2 dùng để cắt đốt các tổn thương dạng u mềm trên bề mặt da như: khối sùi mào gà, u mềm lây, u sùi dạng nấm, hạt com, u tuyến bã, sần cục... - Đầu đốt Fractional CO2 chỉ định trong: làm săn chắc da, tái tạo bề mặt da, trị sẹo mụn, điều trị lỗ chân lông to, nếp nhăn da, vết rạn da... - Bước sóng: khoảng $10.600 \text{ nm} \pm 1\%$ - Năng lượng tối đa: $\geq 30\text{W}$ - Chế độ: tối thiểu có dạng sóng liên tục và siêu xung - Có các hình dạng quét khác nhau, tối thiểu có hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác - Tích hợp màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 8 inch - Làm mát bằng hơi lạnh hoặc nước - Bàn đạp chân điều khiển phát tia Laser - Kích thước điểm đốt khoảng: $\geq 0,1 \text{ mm}$ - Tia chỉ đường: $650\text{nm} \pm 1\%$ - Máy chính có bánh xe di chuyển - Cánh tay dạng trục khuỷu 		
2	Máy chụp mặt và phân tích da	Cái	01
	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz - Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 35 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 80\%$ <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ kiện tiêu chuẩn của hãng sản xuất: 01 bộ - Màn hình hoặc thiết bị hiển thị kết quả: 01 cái - Trạm làm việc riêng lẻ hoặc tích hợp: 01 bộ - Phần mềm phân tích da bản quyền trọn đời: 01 - Máy in đen trắng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng máy chính: 01 bộ <p>3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ số phân tích da: ≥ 10 chỉ số da (độ dầu, độ ẩm, độ mịn, lỗ chân lông, sắc tố da, nếp nhăn, độ tuổi da,...) - Chụp hình ảnh da, phân tích, đánh giá, tự động phát hiện loại da xác định vùng quan trọng cần phân tích - Camera kỹ thuật số độ phân giải ≥ 20 Megapixel - Hệ thống ánh sáng đa quang phổ ≥ 4 loại - Màn hình hiển thị FullHD hoặc vượt trội hơn 		
3	Máy điện di (điều trị và phục hồi da)	Cái	01
	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz - Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 35 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 80\%$ <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn của hãng sản xuất: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng máy chính: 01 bộ <p>3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện di dưỡng chất tăng mức độ thẩm thấu dưỡng chất vào da - Cải thiện độ ẩm - Tăng cường sản xuất collagen - Giảm thiểu nếp nhăn cải thiện màu da và không xâm lấn - Có tối thiểu 3 chế độ: lạnh, nóng, điện di,... 		
4	Máy Laser He-Ne	Cái	01
	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz - Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 35 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 80\%$ <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính có bánh xe: 01 cái - Dây quang dẫn: 01 cái - Chìa khóa nguồn: 02 cái 		

<ul style="list-style-type: none"> - Dây nguồn: 01 cái - Cầu chì: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng máy chính: 01 bộ <p>3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng tuần hoàn máu tại chỗ - Kích thích phân chia tế bào và tái tạo biểu mô - Thúc đẩy sự hình thành tổ chức hạt giúp vết thương nhanh lành - Giảm phù nề, giảm đau hiệu quả trong điều trị đau sau Zona - Bước sóng: 633nm \pm3% - Công suất phát laser tối đa \geq 50mW - Cơ chế dẫn tia: dây quang dẫn - Thời gian cài đặt \geq 90 phút - Hiện thị thời gian điều trị 		
--	--	--

Ghi chú:

- Các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục trên, có thể chào nhiều báo giá khác nhau tương ứng với kỹ mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu (model) khác nhau hoặc cùng model nhưng có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cao thấp khác nhau.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo mẫu đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

- Trường hợp hàng hóa của đơn vị có một hoặc một số thông số, tiêu chí chưa đáp ứng theo yêu cầu báo giá (xấp xỉ với yêu cầu) thì đơn vị vẫn thực hiện chào giá, Bệnh viện sẽ xem xét sử dụng báo giá đó nếu vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: không.

- Thanh toán: chuyển khoản trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và Nhà thầu đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định và hoàn thành việc nộp bảo đảm bảo hành

4. Các thông tin khác

- Thời gian giao hàng: \leq 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


- Thời gian bảo hành (trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế): theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng; trong thời gian bảo hành, thiết bị phải được bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có đầy đủ tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá:
 - + Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ hoặc tài liệu tương đương (đối với hàng hóa nhập khẩu)
 - + Tờ khai hải quan, vận đơn (Bill) hoặc tài liệu chứng minh vận chuyển hàng hoá, danh sách đóng gói (Packing list), hóa đơn thương mại (Invoice) (có xác nhận sao y của đơn vị nhập khẩu) (đối với hàng hóa nhập khẩu)
 - + Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực: Phiếu xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất hoặc tài liệu tương đương (đối với hàng hóa sản xuất trong nước)
 - + Có sổ lưu hành hoặc sổ đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế hoặc tài liệu tương đương; có kết quả phân loại thiết bị y tế về mức độ rủi ro, nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 (đối với thiết bị y tế)
 - + Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 của nhà sản xuất (đối với thiết bị y tế)
- Có Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 08 năm (đối với máy chính).
- Mẫu báo giá: theo mẫu đính kèm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải Website);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp các thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	- Tên thiết bị: - Model/ Ký, mã, nhãn hiệu (nếu có): - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Năm sản xuất: - Tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE/EU, FDA...): - Cấu hình: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Các thông tin khác: Thời gian bảo hành, bảo trì,...				
...					
TỔNG CỘNG:					

Ghi chú:

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày 04/02/2026. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))