

Số: 1525/BVĐK-HCQT
V/v mời cung cấp báo giá lắp đặt bồn rửa
quả lọc tại khoa LMTNT - Bệnh viện đa
khoa tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu mua sắm lắp đặt bồn rửa quả lọc tại khoa LMTNT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030

- Nhận bản Scan màu qua email: phonghanhchinhbvdk@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục thiết bị mời báo giá

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả sản phẩm	ĐVT	S.L	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Hệ thống rửa quả lọc	<p>Hệ thống rửa quả lọc chống ồn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 1.400* Rộng 500* cao 830 (mm). - Số cổng rửa: 4. - Inox 304 - Tôn đáy tròn dày 1.2mm - Khung bằng hộp vuông dày 1.5mm - Chân có tầng đỡ chỉnh độ nghiêng - Có lưới đỡ dây quả - Có khớp nối quả lọc: 08 cái - Van Inox 304 1/2": 16 cái - Đuôi chuột Inox/Teflon: 16 cái - Ống PPR 25, Măng sông ren ngoài PPR - Ống silicon 6x10mm Dài 60cm bằng 16 đoạn - Hệ thống ống nước thải PVC D42 C3 	Cái	01		
2	Hệ thống rửa quả lọc	<p>Hệ thống rửa quả lọc chống ồn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 1500 * rộng 500 * cao 830 (mm) - Số cổng rửa: 4 - Inox 304 - Tôn đáy tròn dày 1.2mm - Khung bằng hộp vuông dày 1.5mm - Chân có tầng đỡ chỉnh độ nghiêng - Có lưới đỡ dây quả - Có khớp nối quả lọc: 08 cái - Van Inox 304 1/2": 16 cái - Đuôi chuột Inox/Teflon: 16 cái - Ống PPR 25, Măng sông ren ngoài PPR - Ống silicon 6x10mm Dài 60cm bằng 16 đoạn 	Cái	01		

		- Hệ thống ống nước thải PVC D42 C3				
3	Hệ thống rửa quả lọc	Hệ thống rửa quả lọc chống ồn - Kích thước: Dài 1800 * rộng 500 * cao 830 (mm) - Số cổng rửa: 5 - Inox 304 - Tôn đáy tròn dày 1.2mm - Khung bằng hộp vuông dày 1.5mm - Chân có tăng đơ chỉnh độ nghiêng - Có lưới đỡ dây quả - Có khớp nối quả lọc: 10 cái - Van Inox 304 1/2": 20 cái - Đuôi chuột Inox/Teflon: 20 cái - Ống PPR 25, Măng sông ren ngoài PPR - Ống silicon 6x10mm Dài 60cm bằng 20 đoạn - Hệ thống ống nước thải PVC D42 C3	Cái	01		
4	Hệ thống rửa quả lọc	Hệ thống rửa quả lọc chống ồn - Kích thước: Dài 2300 * rộng 500 * cao 830 (mm) - Số cổng rửa: 7 - Inox 304 - Tôn đáy tròn dày 1.2mm - Khung bằng hộp vuông dày 1.5mm - Chân có tăng đơ chỉnh độ nghiêng - Có lưới đỡ dây quả - Có khớp nối quả lọc: 14 cái - Van Inox 304 1/2": 28 cái - Đuôi chuột Inox/Teflon: 28 cái - Ống PPR 25, Măng sông ren ngoài PPR - Ống silicon 6x10mm Dài 60cm bằng 28 đoạn	Cái	01		

		- Hệ thống ống nước thải PVC D42 C3				
		Cộng				
		Thuế VAT:				
		Tổng giá trị				

Ghi chú:

- Các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực có thể kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần); Trong báo giá ghi rõ; Thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại và bảo hành; Báo giá có chữ ký của đại diện đơn vị và đóng dấu đầy đủ.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) kèm theo bản báo giá hoặc khi đến kiểm tra, khảo sát.


2. Địa điểm thực hiện sửa chữa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. *Mr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH(để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên