

Số: 1498/BVĐK-VTTBYT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2026

V/v mời cung cấp báo giá Dao Morcellator và
hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá Dao Morcellator và hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não để làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư - Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0911187925

- Email: vattudknb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

3.1. Các hình thức tiếp nhận báo giá:

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

(bắt buộc đối với hàng hóa khác ngoài vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế)

Trong trường hợp các tài liệu đính kèm báo giá vượt quá dung lượng cho phép hoặc không gửi được qua Hệ thống thì hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi các tài liệu qua email: vattudknb@gmail.com

- Trực tiếp (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận trực tiếp bản giấy báo giá hoặc qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Email (áp dụng đối với hàng hoá là vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế): nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com

3.2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước ngày 14 / 10 / 2026.

3.3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ ngày 14/10/2026.

II. Nội dung đề nghị báo giá

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Danh mục, yêu cầu về cấu hình, tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
I	Dao Morcellator (máy bào cắt mô)	Cái	01
	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: từ năm 2025 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 - Thiết bị đạt tiêu chuẩn: CE hoặc FDA - Thiết bị sử dụng điện áp: 220 VAC $\pm$ 10 %, 50-60Hz. + Nhiệt độ hoạt động tối đa $\geq$ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa $\geq$ 75%. 2. Yêu cầu cấu hình tối thiểu - Dao Morcellator (máy bào cắt mô) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ: cấu hình chi tiết nhà cung cấp liệt kê - Bộ dụng cụ: 01 bộ bao gồm: + Vỏ bảo vệ: 01 cái + Nòng trong: 01 cái + Lưỡi cắt: 02 cái + Kim gấp: 01 cái + Van dạng vòm: 20 cái + Van màng: 20 cái + Khay bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ 3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu - Dao Morcellator (máy bào cắt mô): dùng để cắt nhỏ và lấy các khối mô lớn (như u xơ tử cung, tử cung phì đại) ra khỏi ổ bụng qua đường rạch trocar nhỏ trong phẫu thuật nội soi phụ sản, giúp giảm thiểu xâm lấn. - Điều chỉnh được tốc độ đến ít nhất 1000 vòng/phút, có chức năng ghi nhớ mức tốc độ cài đặt; thay đổi được hướng xoay. - Công tắc đạp chân: đạt tiêu chuẩn IPX8 trở lên. - Motor: loại điện tử, không sử dụng chổi than - Tay cầm bào cắt mô: thuận tiện cho cầm giữ và thao tác; - Vỏ bảo vệ: đường kính khoảng 12-15mm; Có chế độ an toàn che lưỡi cắt khi không sử dụng, chỉ để lộ lưỡi cắt khi sử dụng. - Nòng trong: phù hợp với vỏ bảo vệ. - Lưỡi cắt: loại sử dụng 1 lần hoặc sử dụng nhiều lần, sử dụng		

Số TT	Danh mục, yêu cầu về cấu hình, tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
	trong thủ thuật cắt tử cung. - Kim gấp có răng: đường kính phù hợp với nòng trong, vỏ bảo vệ; chiều dài hoạt động khoảng 300-340 mm, hàm dạng vuốt, dài khoảng 35-45mm, hoạt động kép. Bao gồm: lõi kim, vỏ ngoài, tay cầm có khóa. - Khay bảo quản và tiệt trùng dụng cụ hấp tiệt trùng được: + Kích thước phù hợp chứa bộ dụng cụ + Có thảm gai và nắp đậy		
II	Hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống	Hệ thống	01
	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: từ năm 2025 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 - Thiết bị đạt tiêu chuẩn: CE hoặc FDA - Thiết bị sử dụng điện áp: 220 VAC $\pm$ 10 %, 50-60Hz. + Nhiệt độ hoạt động tối đa $\geq$ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa $\geq$ 75%. 2. Cấu hình tối thiểu - Bộ điều khiển trung tâm: 01 cái - Bàn đạp chân: 01 cái - Mô tơ điện tốc độ cao: 02 cái - Kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ tối thiểu (cấu hình chi tiết nhà cung cấp liệt kê) + Đầu chụp mũi khoan tự dừng: 01 cái + Đầu chụp gắn lưới cắt sọ: 01 cái + Đầu chụp mũi khoan làm phẫu thuật nội soi tuyến yên: 01 cái (Đề nghị nhà cung cấp báo giá chi tiết đơn giá của mô tơ điện và từng phụ kiện) - Khay hộp đựng tiệt trùng - Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt. 3. Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu - Hệ thống khoan phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống sử dụng trong phẫu thuật sọ não và cột sống - Bộ điều khiển trung tâm + Có tích hợp bơm tưới rửa + Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD + Cài đặt tốc độ mô tơ đến khoảng 70000 vòng/phút		

Số TT	Danh mục, yêu cầu về cấu hình, tính năng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
	- Bàn đạp điều khiển chân: đạt tiêu chuẩn kháng nước tối thiểu IPX8/IEC 60529 - Mô tơ điện tốc độ cao + Tốc độ mô tơ đến khoảng 70000 vòng/phút + Dây nối liền với motor dài $\geq 3\text{m}$ + Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ $\geq 121^{\circ}\text{C}$ - Khay hộp đựng tiệt trùng cho bộ khoan: kích thước phù hợp chứa bộ phụ kiện - Xe đẩy chuyên dụng + Bánh xe có khóa + Có ngăn để chứa và sắp xếp các dụng cụ, phụ kiện phục vụ quá trình sử dụng.		

Ghi chú:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp (gọi chung là các đơn vị) có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục trên, có thể chào nhiều báo giá khác nhau tương ứng với ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu (model) khác nhau hoặc cùng model nhưng có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cao thấp khác nhau;

- Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo mẫu đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

- Trường hợp hàng hóa của đơn vị có một hoặc một số thông số, tiêu chí chưa đáp ứng theo yêu cầu báo giá (xấp xỉ với yêu cầu) thì đơn vị vẫn thực hiện chào giá, Bệnh viện sẽ xem xét sử dụng báo giá đó nếu vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp bảng chào giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành; bảng giá chi tiết các vật tư tiêu hao; danh mục hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế (nếu có).

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: theo quy định của pháp luật (thống nhất trong quá trình hoàn thiện hợp đồng).

- Thanh toán: chuyển khoản 100% tổng giá trị hợp đồng sau khi đã khấu trừ tạm ứng (nếu có) trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và Bệnh viện đã nhận đầy đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định và hoàn thành việc nộp bảo đảm bảo hành.

4. Các thông tin khác

- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 120 ngày.

- Thời gian bảo hành:
 - + Đối với thiết bị y tế (trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế): theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 - + Đối với linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa.
 - + Đối với hàng hoá khác: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hàng hóa chào giá phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. (Đơn vị báo giá không phải đính kèm hồ sơ theo Báo giá).
- Có giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm hợp pháp trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đối với các thiết bị thuộc danh mục quy định; chi phí thực hiện (nếu có) đã bao gồm trong giá báo giá.
- Mẫu báo giá: tham khảo mẫu đính kèm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải Website);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuyên

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, ... [ghi tên đơn vị báo giá] báo giá cung cấp các mặt hàng như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu (nếu có)	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và thông số kỹ thuật của hàng hóa; chứng nhận chất lượng	Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1												
...												
TỔNG CỘNG:												

Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).
- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và bảo hành.
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, đơn vị báo giá cung cấp số lưu hành.
- Đối với hàng hóa không có ký mã hiệu, đơn vị báo giá điền là không có.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn yêu cầu của Bệnh viện về thời hạn có hiệu lực của báo giá], kể từ ngày .../.../.... [ghi ngày hết hạn nhận báo giá]

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))